

"2021, Año de la Independencia"

COMENTARIOS

Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2021, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.

Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx.

DATOS DEL PROMOVENTE

Nombre: _____
Institución o empresa: _____
Teléfono: _____

Cargo: _____
Dirección: _____
Correo electrónico: _____

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO

Dice	Debe decir	Justificación*
NAPROXENO. TABLETAS		
Metodología. MGA 0291, Aparato 2. A 50 rpm.		
Medio. 900 mL de SA de fosfatos 0.1 M pH 7.4 (Fosfato monobásico de sodio-fosfato dibásico de sodio anhidro) a 37 ± 0.5 °C		
Tiempos de muestreo. 10, 15, 20, 30 y 45 min.		
Análisis. Método espectrofotométrico ultravioleta a 332 nm, de acuerdo con la prueba de disolución de la monografía correspondiente a Naproxeno, tabletas.		

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios.